

Bezeichnung / Kennzeichnung

Behälterkennzeichnung



Schulter:
leuchtend Grün,
Schulterfarbe
entsprechend den
Risiken des
Gasgemisches
unterschiedlich

Ventile / Armaturen

Ventilanschluss

DIN 477 Nr. 14: M 19 x 1,5 LH (nicht zwingend), wenn O₂>21%: Nr. 9: G3/4"

Empfohlene Armaturen

Spectrolab



Spezifikationen / Lieferformen

	ppm Gemisch	% Gemisch	
Zusammensetzung individuell			
		-	
Trägergase			
Behälter / Inhalt			
F02 Alu	0,3	0,3	m ³
F10 Alu/Stahl	1,5	1,5	m ³
F40 Alu	6	6	m ³
F50 Alu/Stahl	7,5	7,5	m ³

Zertifikat ja

Toleranz HT +/- 5% rel.
AT +/- 2% rel.

Hinweise

Inhaltsangabe (m³) kann entsprechend Zusammensetzung geringfügig abweichen.
Stabilität 12 Monate, andere Stabilitäten auf Anfrage
Fülldruck 150bar